



JM-AM-020-LOG

Stockage, conditionnement et transport

Préserver l'intégrité et la traçabilité jusqu'au laboratoire sans inventer de règle universelle.

Repère 2e–3e année | Usage Cabinet, laboratoire externe et simulation | Version 1.0 | Ressource mère JM-AM-020

AM CFC est le titre professionnel officiel | AMED est la collection pédagogique JurisMedX

STOCKAGE ET TRANSPORT

Une règle par analyse, pas une règle pour tous

Il n'existe ni température magique ni délai universel. La stabilité dépend de l'analyte, du contenant, de la méthode et du traitement initial. Le catalogue du laboratoire partenaire est la source opérationnelle; cette fiche aide à poser les bonnes questions.

Dimension	À vérifier	Action professionnelle
Temps	Heure exacte du prélèvement et délai maximal de la fiche d'analyse	Noter l'heure; prioriser; prévenir le laboratoire si le délai risque d'être dépassé.
Température	Condition propre à l'analyse et dispositif de transport validé	Ne pas réfrigérer ou congeler par intuition.
Lumière	Besoin éventuel de protection	Utiliser la protection prescrite et la maintenir jusqu'au laboratoire.
Position	Tube vertical ou autre exigence	Sécuriser le support; éviter agitation et fuite.
Traitement initial	Repos, centrifugation, séparation ou aliquotage prévus	Uniquement avec procédure, matériel et compétence validés.
Emballage	Fermeture, absorbant, contenant secondaire, étiquetage réglementaire	Appliquer le circuit institutionnel; signaler fuite ou colis endommagé.
Traçabilité	Patient, demande, heure, préleveur, départ, remise et écart	Permettre de reconstruire le trajet sans supposition.

CHECKLIST

Préparer un départ

- ☐ Chaque échantillon est fermé, intact, identifié et concordant avec la demande.
- ☐ Les heures utiles, le site et les circonstances particulières sont documentés.
- ☐ Les exigences de temps, température, lumière, position et prétraitement sont appliquées.
- ☐ L'emballage secondaire et le support empêchent fuite, casse et agitation.
- ☐ Le trajet, l'heure de départ, le transporteur et la remise peuvent être retracés.
- ☐ Les prélèvements urgents ou vulnérables sont clairement priorités selon la procédure.

**DÉCISION****Quand le transport déraile**

Événement	Première décision	À transmettre et tracer
Coursier retardé	Identifier les échantillons vulnérables; consulter la fiche de chaque analyse; appeler pour les cas incertains.	Heures, conditions réelles, durée prévue du retard, décision du laboratoire.
Température inconnue	Isoler l'envoi et éviter toute correction improvisée; demander l'évaluation du laboratoire.	Plage connue, durée, dispositif, heure de découverte.
Fuite ou casse	Sécuriser la zone et appliquer la procédure biologique; ne pas remettre en circulation.	Échantillon, personnes exposées, nettoyage, élimination, nouvel échantillon éventuel.
Demande séparée	Ne pas deviner l'association; rétablir une concordance certaine ou traiter comme non-conformité.	Identifiants, heure, personnes consultées, devenir des prélèvements.
Panne de centrifugeuse	Suspendre le traitement concerné; consulter les alternatives validées et le laboratoire.	Analyses touchées, heures, température, solution autorisée.
Remise non confirmée	Vérifier immédiatement le circuit; ne pas attendre le résultat pour rechercher le colis.	Dernier point de contrôle, transporteur, destinataire, heure des appels.

À COMPLÉTER**Ma fiche locale**

Analyse vulnérable	Délai local	Température / lumière	Prétraitement	Contact si écart

Transmission en boucle fermée

Nommer le patient et l'échantillon, décrire l'écart avec heures et conditions réelles, demander une décision précise, puis reformuler la réponse : accepter avec réserve, traiter rapidement, recommencer ou suivre une autre conduite. Noter le nom du destinataire, l'heure et la décision.

Ressources associées

JM-AM-020-PAT Urines, selles et microbiologie | JM-AM-020-REF Non-conformités | JM-AM-020-EVAL Observation



Sources et repères

Références vérifiées au 16 octobre 2026. Les procédures locales et le catalogue du laboratoire partenaire restent déterminants pour l'exécution.

- [1] ISO 20658:2023 — Exigences pour le prélèvement et le transport d'échantillons destinés aux examens de laboratoire médical [Lien officiel](#)
- [2] ISO 15189:2022 — Laboratoires de biologie médicale, exigences concernant la qualité et la compétence [Lien officiel](#)
- [3] Hôpitaux universitaires de Genève — Conditionnement et transport des prélèvements [Lien officiel](#)
- [4] CHUV — Préanalytique, prélèvement et transport [Lien officiel](#)
- [5] MPA Suisse et FMH — Plan de formation AM CFC, état au 1er décembre 2025 [Lien officiel](#)
- [6] MPA Suisse et FMH — Plan d'études national AM CFC, version 1.1, janvier 2026 [Lien officiel](#)

Portée de la ressource

Cette fiche prépare à l'apprentissage supervisé et au raisonnement professionnel. Elle ne remplace ni la formation pratique, ni la validation d'une compétence, ni les instructions du fabricant, ni la procédure du cabinet et du laboratoire partenaire.