



JM-AM-024-INDEX

Index de collection AMED JM AM 024

Organiser le parcours de contrôle qualité, les exercices et les outils d'atelier.

Version 1.0 | 16 octobre 2026 | Pôle Paramédical

AM CFC est le titre professionnel officiel | AMED est la collection pédagogique JurisMedX

Parcours recommandé

1. FP → CALC → CAN → REF → ACT
2. EXO et classeur Excel en atelier
3. CP en simulation, puis COR en débriefing
4. EVAL pour une observation formative

Fichiers Word

- [JurisMedX JM-AM-024-FP Controle qualite au laboratoire du cabinet.docx](#) — Socle CQI/CQE, vocabulaire, cycle qualité et rôle AM.
- [JurisMedX JM-AM-024-CALC Moyenne ecart type CV et limites.docx](#) — Moyenne, écart type, CV, z et limites guidées.
- [JurisMedX JM-AM-024-CAN Construire et lire une carte de controle.docx](#) — Construction et lecture d'une carte de contrôle.
- [JurisMedX JM-AM-024-REF Signaux types d erreurs et causes a explorer.docx](#) — Profils, fidélité/justesse, règles et pistes d'erreur.
- [JurisMedX JM-AM-024-ACT Reagir a un controle non conforme.docx](#) — Pause, investigation, reprise, CQE et traçabilité.
- [JurisMedX JM-AM-024-EXO Cahier exercices controle qualite.docx](#) — Douze exercices progressifs sans réponses visibles.
- [JurisMedX JM-AM-024-CP Le laboratoire a 7h42 quatorze microcas.docx](#) — Quatorze microcas sans corrigé intégré.
- [JurisMedX JM-AM-024-COR Corrige atelier et laboratoire a 7h42.docx](#) — Corrigé séparé de l'atelier et des microcas.
- [JurisMedX JM-AM-024-EVAL Grille observation decision controle qualite.docx](#) — Trois stations, huit critères et fautes critiques.

Données pédagogiques

Cible 5,00 mmol/L; s_0 0,10 mmol/L; limites fictives pour entraînement. Elles ne constituent ni une spécification fabricant ni une règle universelle.